



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

## Divisão de Licitação

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP. 35.536-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03

[licitacao@piracema.mg.gov.br](mailto:licitacao@piracema.mg.gov.br) site: [www.piracema.mg.gov.br](http://www.piracema.mg.gov.br)

## QUESTIONAMENTO E ESCLARECIMENTO

**Item 2** - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/ sugador/ refletor) - com base e estrutura do conjunto totalmente construída em aço maciço com tratamento anti-corrosivo, pintura lisa de alto brilho, à base de epóxi, curada em estufa à 250°C, **sistema de elevação hidráulico ou isento de óleo**, dispositivo para regulação da velocidade de descida do assento/encosto, movimentos comandados por pedal que aciona todos os movimentos da cadeira, subida/descida automática do assento/encosto, apoio de braços, revestimento da estrutura com material resistente, com linhas arredondadas, encosto de cabeça anatômico, removível, com movimentação longitudinal, estrutura em poliuretano rígido injetado e estofamento em poliuretano expandido, revestimento do estofamento em pvc liso na cor verde, totalmente sem costura, com cantos arredondados, 220 volts. - equipo odontológico acoplado composto por terminal triplo com spray para alta rotação e terminal borden para micro-motor, dotado de seringa tríplice de bico giratório, removível e esterilizável, estrutura (corpo) do conjunto totalmente construída em aço maciço, revestido com poliuretano injetado de alta densidade, acabamento totalmente liso, alto brilho, com pintura lisa, de alto brilho a base de epóxi, curada em estufa à 250°C, com tratamento fosfatizado resistente à corrosão e à materiais de limpeza, funcionamento das pontas através de pedal, reservatório de água com pressurização automática, caixa de ligação compacta, construída com material resistente, suporte para encaixe das pontas em material resistente liso e arredondado com caixa de comando, tampo inóx removível. - refletor odontológico acoplado, dotado de intensidade de 20.000 lux, 220 volts, estrutura do conjunto totalmente construída em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo, acabamento totalmente liso, alto brilho, pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, curada em estufa a 250 °C, com tratamento fosforizado resistente a corrosão e a materiais de limpeza, cabeçote giratório, puxadores bilaterais em forma de alça incorporados ao cabeçote, com design apropriado para a colocação de protetores esterilizados, braço articulável com movimento horizontal e vertical, sustentado por um conjunto de molas que permitem uma movimentação precisa, com movimentos leves e suave, espelho multifacetado, com fontes de luz branca e fria, com distância de foco de 8 x 18 cm à 10 x 20 cm, haste do interruptor prolongada facilitando o acionamento ou em comando de pé, protetor de espelho óptico. - unidade auxiliar dotada de 1 sugador para saliva, estrutura construída em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo, pintura lisa, de alto brilho, com tratamento de fosfarização, com cuba, com diâmetro aproximado de 250 mm, com ralo para proteção de sólidos, condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis, funcionamento do sugador, filtros intermediários de fácil acesso. -mocho odontológico giratório, assento e encosto estofado em pvc na cor verde, armação tubular em aço, com cinco rodas, à gás, com encosto e altura regulável, com dimensões médias aproximadas.

**R. Conforme a Secretaria M. de Saúde o sistema de elevação deverá ser o elétrico, que é isento de óleo.**